

Zertifikat

über die Teilnahme an der Eignungsprüfung

Zugversuch Stahl Rundproben DIN EN ISO 6892-1 TTSR-2019-M (1909-RM)

organisiert durch das



Institut für Eignungsprüfung GmbH
Daimlerstraße 8
D-45770 Marl



Das Prüflaboratorium

Johann Maier GmbH & Co. KG

Qualitätswesen

Schockenriedstr. 38


70565 Stuttgart

Laborcode: 287a

hat an der Eignungsprüfung mit folgendem Ergebnis teilgenommen:

Dehngrenze $R_{p0,2}$	Z = 0,7	erfolgreich
Zugfestigkeit R_m	Z = 0,0	erfolgreich
Bruchdehnung A_{Hand}	Z = 0,2	erfolgreich
Bruchdehnung $A_{Extensometer}$	Z = 1,3	erfolgreich
Brucheinschnürung Z	Z = 1,7	erfolgreich

Marl, 17.02.2020


Dipl.-Ing. C. Weißmüller
Programmkoordinator

Zertifikat

über die Teilnahme an der Eignungsprüfung

Eindringprüfung

PT-2019/2020 (1908b)

organisiert durch das



Institut für Eignungsprüfung GmbH
Daimlerstraße 8
D-45770 Marl



Das Prüflaboratorium

Johann Maier GmbH & Co. KG

Qualitätswesen

Schockenriedstr. 38

70565 Stuttgart

Laborcode: 287

hat an der Eignungsprüfung mit folgendem Ergebnis teilgenommen:

Fehleranzahl	Fehlerlage und Fehlergröße
erfolgreich	erfolgreich

Marl, 20.04.2020

Dipl.-Ing. C. Weißmüller
Programmkoordinator

Zertifikat

über die Teilnahme an der Eignungsprüfung

Zugversuch Stahl Rundproben DIN EN ISO 6892-1 TTSR-2019-M (1909-RM)

organisiert durch das



Institut für Eignungsprüfung GmbH
Daimlerstraße 8
D-45770 Marl



Das Prüflaboratorium

Johann Maier GmbH & Co. KG

Qualitätswesen

Schockenriedstr. 38

70565 Stuttgart

Laborcode: 287b

hat an der Eignungsprüfung mit folgendem Ergebnis teilgenommen:

Dehngrenze $R_{p0,2}$	Z = 0,9	erfolgreich
Zugfestigkeit R_m	Z = -0,7	erfolgreich
Bruchdehnung A_{Hand}	Z = 0,0	erfolgreich
Bruchdehnung $A_{Extensometer}$	Z = 0,5	erfolgreich
Brucheinschnürung Z	Z = 0,8	erfolgreich

Marl, 17.02.2020

Dipl.-Ing. C. Weißmüller
Programmkoordinator

Zertifikat

über die Teilnahme an der Eignungsprüfung

Zugversuch Stahl Rundproben DIN EN ISO 6892-1 TTSR-2019-M (1909-RM)

organisiert durch das



Institut für Eignungsprüfung GmbH
Daimlerstraße 8
D-45770 Marl



Das Prüflaboratorium

Johann Maier GmbH & Co. KG

Qualitätswesen

Schockenriedstr. 38


70565 Stuttgart

Laborcode: 287c

hat an der Eignungsprüfung mit folgendem Ergebnis teilgenommen:

Dehngrenze $R_{p0,2}$	Z = 0,5	erfolgreich
Zugfestigkeit R_m	Z = -1,2	erfolgreich
Bruchdehnung A_{Hand}	Z = -1,9	erfolgreich
Bruchdehnung $A_{Extensometer}$	Z = -0,2	erfolgreich
Brucheinschnürung Z	Z = 0,3	erfolgreich

Marl, 17.02.2020


Dipl.-Ing. C. Weißmüller
Programmkoordinator